BEZBEDNO I ISPRAVNO KORIŠĆENJE LEKOVA U OBLIKU NAPUNJENOG INJEKCIONOG PENA

koje proizvodi kompanija **Novo Nordisk**

Pravilno korišćenje injekcionih penova je jedan od najvažnijih koraka za ispravnu primenu terapije i postizanje najboljih rezultata u lečenju.

Lek treba upotrebljavati i čuvati isključivo prema instrukcijama navedenim u Uputstvu za lek, koje se nalazi u svakom pakovanju leka.

U cilju obezbeđivanja najvišeg stepena zaštite pacijenata, kao dodatni sistem zaštite od falsifikovanih lekova svaki originalni lek sadrži kontrolnu markicu Republike Srbije, koja predstavlja kombinaciju bar koda i hologramske trake.

Lek treba nabavljati isključivo preko ovlašćenih distributera i u apotekama, legalnim lancem snabdevanja.

Za svaku seriju leka koja se uvozi legalnim lancem snabdevanja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) izdaje sertifikat analize (LINK)

ISPRAVNO JE UVEK...

- Koristiti **novu iglu** za svako ubrizgavanje
- Koristiti **odgovarajuću iglu** za svako ubrizgavanje u skladu sa Uputstvom za lek
- Iglu postaviti **neposredno pre** davanja leka
- Nakon svake injekcije uvek **ukloniti upotrebljenu iglu**, a pen **čuvati bez postavljene igle**
- Proveriti **protok leka kroz iglu** i eventualno prisutne mehuriće vazduha ukloniti, u skladu sa instrukcijama opisanim u Uputstvu za lek

Pre upotrebe lek treba čuvati na temperaturi +2°C do +8°C, dalje od komore za zamrzavanje (ne zamrzavati).

Tokom upotrebe, lek treba čuvati prema instrukcijama navedenim na spoljašnjem pakovanju leka i priloženom Uputstvu za lek.

UKOLIKO je lek neadekvatno čuvan i/ili transportovan

MOŽE DOĆI DO:

- Oštećenja pena
- Promene izgleda leka (stvaranje grudvica)
- Otežanog resuspendovanja sve dok tečnost ne postane ravnomerno bela i zamućena (kod suspenzija insulina)
- Smanjenja terapijske efikasnosti
- Delimičnog gubitka efekta leka

UKOLIKO...

- lek curi iz pena
- ne može da se primeni odabrana doza leka
- je blokirana (zapušena) igla
- se stvara prazan prostor (razmak) između gumenog klipa na ulošku i klipa u penu

MOGUĆI RAZLOZI:

- Nije uklonjena igla sa pena nakon upotrebe - variranje temperature može prouzrokovati curenje kroz iglu, stvaranje praznog prostora (razmaka) između gumenog klipa na ulošku i klipa u penu i/ili začepljenje igle
- Nije korišćena nova i/ili kompatibilna igla koja se navodi na spoljašnjem pakovanju leka / Uputstvu za lek
- Igla nije postavljena na pen neposredno pre upotrebe
- Nije sproveden postupak izbacivanja vazduha/provera protoka, opisan u Uputstvu za lek

UKOLIKO je lek promenio boju

MOGUĆI RAZLOG:

- Usled moguće kontaminacije krvlju tokom upotrebe leka, lek može da se oboji bledo roze (ukoliko krv prođe kroz iglu)

Kako se ovo ne bi dogodilo, neophodno je da dugme za ubrizgavanje bude pritisnuto do kraja i igla zadržana pod kožom najmanje još 6 sekundi nakon injektovanja odabrane doze leka. Nakon što se izvadi igla iz kože, može se otpustiti dugme za ubrizgavanje.

Reference:
- Sažeci karakteristika lekova u obliku napunjenog injekcionog pena koje proizvodi kompanija Novo Nordisk
- Uputstva za upotrebu medicinskih sredstava i lekova u obliku napunjenog injekcionog pena koje proizvodi kompanija Novo Nordisk
- Zaključci i finalni izveštaji prijavljenih reklamacija dostupni u internom sistemu kompanije Novo Nordisk

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD | Milutina Milankovića 9b| Beograd

SM24DN00001